

検査成績書

2021年 2月19日

富士フイルム和光純薬株式会社 御中
〒540-8605 住所 大阪市中央区道修町3丁目1番2号

富士フイルム和光純薬株式会社 大阪工場
〒661-0963 兵庫県尼崎市高田町6番1号



Code No. 083-01095
1 mol/L 塩酸 (1N 塩酸)


規格/等級	容量分析用	
Lot No.	LER0737	
数量	500 mL × 1	
検査項目	検査成績	規格値
外観	無色澄明の液体	無色澄明の液体
* ファクター (20℃) (電位差滴定法)	1.000	0.990~1.009
試験の拡張不確かさ (k=2)	0.002	

試験開始日	2021/01/07	
試験終了日	2021/01/08	
検査年月日	2021/01/08	
試験方法	JIS K 8001:2017 JA. 6.4 e)による。	JIS K 8001:2017 JA. 6.4 e)による。

Sample



本成績書の一部のみを複製することを禁ずる。
*を付した項目は、JISQ17025に基づく認定試験所において試験が実施されております。
*を付した項目の試験結果は上記ロットにのみ適用されます。

判定	合格	検査責任者	上田恵美 
----	----	-------	--