


セキュリティ関連情報

1. EOL/EOSについて

当該製品（便潜血分析装置 FOBITWAKO3）における、EOL, EOS の定義を以下に示します。



<EOL/EOS 方針>

EOL（製品寿命終了）：当該製品の販売終了から 7 年

EOS（サポート終了）：当該製品の販売終了から 10 年

<本製品の EOL/EOS 情報>

販売名	バージョン	製品寿命終了(EOL)	サポート終了(EOS)
便潜血分析装置 FOBITWAKO3	すべて	当該製品の販売終了 から 7 年	当該製品の販売終了から 10 年

※1:本情報は必要に応じて変更されることがあります。

2. 保守計画について

●サポート期間中（～EOL）

- 対応が必要な脆弱性に対し、ソフトウェアアップデート及び脆弱性修正の提供を行います。
- 実際の適用作業は、保守契約／スポットサービス請負契約に基づきサービス作業を提供します。

●限定的サポート中（EOL～EOS）

- 対応が必要な脆弱性に対し、ソフトウェアアップデート及び脆弱性修正の提供を行います。
- 実際の適用作業は、保守契約／スポットサービス請負契約に基づきサービス作業を提供します。
- 一般的な不具合等の解析依頼や修正については、当社により対応必要と判断した場合に対応します。
- 本期間で装置の買い替え、または、バージョンアップを検討してください（詳細について

ては、当社の営業またはサービス担当者にお問い合わせください。)。

●サポート終了後（EOS 以降）

- ・ 市販後監視の一環として脆弱性情報を監視しますが、薬事上の回収（改修）に該当する場合を除き、脆弱性の修正を含むセキュリティアップデートの準備・提供は行いません。セキュリティに関する責任はお客さまへ移転されます。
- ・ 回収（改修）に該当はしないものの、製品に影響する深刻度が高い脆弱性（緊急性が高い脆弱性）については、情報を提供します。
 - ・その他、情報提供を求められた場合は、セキュリティアドバイザリの開示を行います。

3. セキュリティインシデント発生時の対応

- ・本製品の取扱説明書 1.15 「サイバーセキュリティについて」をご確認ください。

以上