

セキュリティ関連情報

本情報提供は、「医療機器のサイバーセキュリティ対策に関する情報提供について」（令和7年4月17日付け医薬機審発 0417 第1号、医薬安発 0417 第1号）に基づいています。

下記の当社製品は、最終出荷製品が耐用期間を1年以上超過のため、EOS（サポート終了）を迎えることになりました。

1. 対象製品

製品名	販売名	EOS
HI VISION Preirus	デジタル超音波診断装置 HI VISION Preirus	2023年9月30日
HI VISION Avius	デジタル超音波診断装置 HI VISION Avius	2024年3月31日
HI VISION Ascendus	デジタル超音波診断装置 HI VISION Ascendus	2025年3月31日
プロサウンド F75	プロサウンド F75	2025年3月31日

2. 保守計画について

●サポート終了後（EOS以降）

- ・ 市販後監視の一環として脆弱性情報を監視しますが、薬事上の回収（改修）に該当する場合を除き、脆弱性の修正を含むセキュリティアップデートの準備・提供は行いません。セキュリティに関する責任はお客様へ移転されます。
- ・ 回収（改修）に該当はしないものの、製品に影響する深刻度が高い脆弱性（緊急性が高い脆弱性）については、情報を提供します。
- ・ その他、情報提供を求められた場合は、セキュリティアドバイザリの開示を行います。

3. セキュリティインシデント発生時の対応

製品をご利用いただいている環境でセキュリティインシデントが発生した場合、装置への影響の有無にかかわらず、一旦ネットワークから切り離してください。インシデントが解決し、ネットワークに異常がない状態になってから、再接続をお願いします。

なお、当社の製品の動作に異常がある場合には、異常の状態を分かる範囲で当社までご連絡ください。

以上