

セキュリティ関連情報

本情報提供は、「医療機器のサイバーセキュリティ対策に関連する情報提供について」（令和7年4月17日付け医薬機審発 0417 第1号、医薬安発 0417 第1号）に基づいています。

下記の当社製品は、組込製品に採用した主要なOSのサポート期限が超過したため、EOS（サポート終了）を迎えることになりました。

1. 対象製品

製品名	販売名	EOS
MRP-20-2	日立 MR イメージング装置 MRP-20 シリーズ	2026 年 4 月 17 日
MRP-20EX、MRP-20EX-2	日立 MR イメージング装置 MRP-20EX シリーズ	2026 年 4 月 17 日
MRP-5000AD	日立 MR イメージング装置 MRP-5000 シリーズ	2026 年 4 月 17 日
MRP-7000-0・AD	日立 MR イメージング装置 MRP-7000 シリーズ MRP-7000 アドバンス（AD）	2026 年 4 月 17 日
AIRIS	日立 MR イメージング装置 AIRIS シリーズ	2026 年 4 月 17 日
AIRIS Elite	MR イメージング装置 AIRIS Elite	2026 年 4 月 17 日
AIRIS Mate	MR イメージング装置 AIRIS Mate	2026 年 4 月 17 日
AIRIS- II	MR イメージング装置 AIRIS- II シリーズ	2026 年 4 月 17 日
AIRIS Soleil	MR イメージング装置 AIRIS Soleil	2026 年 4 月 17 日
AIRIS Vento LT	MR イメージング装置 AIRIS Vento LT	2026 年 4 月 17 日
APERTO、APERTO Inspire	MR イメージング装置 Aperto シリーズ	2026 年 4 月 17 日
APERTO Eterna	MR イメージング装置 APERTO Eterna	2026 年 4 月 17 日

製品名	販売名	EOS
ECHELON RX	MR イメージング装置 ECHELON RX	2026 年 4 月 17 日
ECHELON Vega	MR イメージング装置 ECHELON Vega	2026 年 4 月 17 日
ECHELON OVAL	MR イメージング装置 ECHELON OVAL	2026 年 4 月 17 日

2. 保守計画について

●サポート終了後（EOS 以降）

- ・市販後監視の一環として脆弱性情報を監視しますが、薬事上の回収（改修）に該当する場合を除き、脆弱性の修正を含むセキュリティアップデートの準備・提供は行いません。セキュリティに関する責任はお客さまへ移転されます。
- ・回収（改修）に該当はしないものの、製品に影響する深刻度が高い脆弱性（緊急性が高い脆弱性）については、情報を提供します。
- ・その他、情報提供を求められた場合は、セキュリティアドバイザリの開示を行います。

3. セキュリティインシデント発生時の対応

製品をご利用いただいている環境でセキュリティインシデントが発生した場合、装置への影響の有無にかかわらず、一旦ネットワークから切り離してください。インシデントが解決し、ネットワークに異常がない状態になってから、再接続をお願いします。

なお、当社の製品の動作に異常がある場合には、異常の状態を分かる範囲で当社までご連絡ください。

以上